



T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : E-26270142-513.99
Konu : TİTCK Duyurusu

4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINA

Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinde 04.08.2022 tarihinde yayınlanan duyurusunda "*STR Biyoteknolojileri Medikal İmalat İthalat Ve İhracat San. Tic. Ltd. Şti. tarafından piyasaya arz edilen bütün PRP kitlerinin, Kurumumuzca inceleme ve denetim süreci tamamlanıncaya kadar tedbir amaçlı piyasaya arzı, piyasada bulundurulması, önerilmesi veya teşhir edilmesi durdurulmuş olup ayrıca ürünün Kurumumuz Ürün Takip Sistemi'nde ürün hareketlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen ürünlerin mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında kullanımının durdurulması önem arz etmektedir. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.*" şeklinde belirtilmiş olup ilimizdeki eczanelerin bilgilendirilmesi hususunu;

Rica ederim.

Dr. Fazıl YONTAR
Müdür a.
Sağlık Hizmetleri Başkanı

Ek:
1-İlgili Duyuru